

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
ERZİNCAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ MENGÜCEK GAZİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

06.05.2025

Başbağlar Mahallesi 1430 Sk.Erzincan**TLF:0446 212 22 22****FAX:0446 212 22 00****Email: menguceksm.satinalma@saglik.gov.tr**

Sayı : 62639109

Konu: Piyasa Araştırma ve Teklif Mektubu

Hastanemiz CALLVISION MARKA IT PANO ; kullanılmak üzere: aşağıda cinsi miktarı ve özellikleri belirtilen malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22.madde (a) bendi göre satın alınacaktır. **Firmanız tarafından temini mümkün ise KDV Hariç Götürü Bedel/Birim fiyatının 09.05.2025Tarih ve Gün saat 10:00a kadar piyasa araştırması ve teklife esas olmak üzere, Hastanemize teklif verilmesini rica ederim.**

S.NO	SATIN ALINACAK MALIN CİNSİ	MİKTAR	BİRİM	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTAR
1	CALLVISION MARKA IT PANO (AMELİYATHANE VE YOĞUN BAKIM İZOLE GÜÇ PANOLARI) SİSTEMİ BAKIM - ONARIM İŞİ	1	ADET		

MAL/HİZMETE AİT TEKNİK VE İDARİ ŞARTLAR

- 1-)Teklif mektubunu ve Şartnameyi tamamen okudum ve teklif mektubuna ve şartnameye uygun hizmet/ürün vereceğimi taahhüt ediyorum
- 2-)İdare ürün/hizmeti alıp almamakta veya bir kısmını almakta serbesttir.
- 3-)Eki : 1... Adet teknik şartname
- 4-)Malzeme Teslim Süresi : **PERİYODİK BAKIM**
- 5-)İsteklilerin Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamındaki tüm malzemelerin TITUBB/ÜTS'de Sağlık Bakanlığı Tarafından kayıt işleminin tamamlanmış olmalı ve bu durumu gösterir belgeler teklif ile birlikte sunulmalıdır.
- 6-)İsteklilerin (tedarikçi ya da bayi) TITUBB/ÜTS sisteminde kayıtlı olması zorunludur.
- 7-)Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamı dışında ki ürünler teklif edilecekse, bu ürünlerin söz konusu yönetmeliklerin kapsamı dışında olduğuna dair üreticinin/ithalatçının yazılı beyanı yeterli olacaktır.
- 8-) Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamında ürün teklif eden istekliler Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği kapsamında "Satış Merkezi Yetki Belgesi" teklif dosyası ile birlikte sunulacaktır.
- 9-) Ürün (Barkod) numarası, SUT kodları, etiket ve marka adı teklif mektuplarında yazılı olacaktır.
- 10-)Teknik Şartnameye uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 11-)Verilmiş olduğunuz fiyatlar teklif için geçerlidir.
- 12-)Teklif verilmiş olması şartların tamamı kabul edilmiş ve taahhüt altına girilmiş sayılır. Teklifler hiç bir suretle iade edilmez, geri çekilemez.
- 13-)Bu tedarikten doğacak alacaklar üçüncü kişilere İdarenin onayı olmadan Temlik edilemez. Ayrıca 01.05.2007 tarih ve 26509 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 22. maddesinin (c) bendine istinaden belirlenen limitin üzerindeki miktarlar için 180... gün içinde ödeme yapılacaktır.

Sinan AKTAR

ERZİNCAN 500 YATAKLI DEVLET HASTANESİ
TIBBİ İZOLE GÜÇ SİSTEMLERİ (IT PANEL), LOKAL ALARM PANELLERİ,
MERKEZİ ALARM PANELİ
PERİYODİK BAKIM ONARIM HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU

Bu teknik Şartname ERZİNCAN MENGÜCEK GAZİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA 500 YATAKLI Hastanesi'nde bulunan Tıbbi İzole Güç Panelleri, Lokal Alarm Panelleri, Merkezi Alarm Panellerini kapsamaktadır. Sistemin verimli ve performanslı olarak çalışmasını sağlamak, koruyucu bakım uygulayarak ileride meydana gelebilecek arızaların önüne geçebilmek amacıyla periyodik bakım onarım hizmet alımı işlerinin teknik özelliklerini, denetim-muayene metotlarını konu alır.

2. TEKNİK AÇIDAN SÖZLEŞME YAPILACAK FİRMADA BULUNMASI GEREKEN BELGELER

- 2.1. Teklif verecek firmalar, söz konusu Tıbbi İzole Güç Panelleri için üretici firmasınca (Ankara - CALLVISION) verilmiş olan yetki belgesine sahip olmalıdır.
- 2.2. Üretici firması değil ise Yetkili Servis Belgesi ibraz edilecektir.
- 2.3. Yüklenici firma "TS 12849 TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine" sahip olacak, ilgili belgeyi idareye sunacaktır.
- 2.4. Yüklenici firma "TS 12817 TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine" sahip olacak, ilgili belgeyi idareye sunacaktır.
- 2.5. Yüklenici firma "TS 13149 TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine" sahip olacak, ilgili belgeyi idareye sunacaktır.
- 2.6. Yüklenici firma "TS 13401 TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine" sahip olacak, ilgili belgeyi idareye sunacaktır.

3. GENEL İSTEKLER

- 3.1. Hastanemizde kurulu olan Callvision - Ankara firması ürünü aşağıda miktarları belirtilen ürünlerin **21 ay** süreyle **yılda 2 defa** olmak üzere **3 periyodik bakım** ve onarımı yapılacaktır.

BAKIM YAPILACAK CİHAZ	MİKTAR
IT Pano	43 ADET
Lokal Alarm Paneli	12 ADET
Merkezi Alarm Paneli	1 ADET

- 3.2. IT panolar için **KİSMİ TEKLİF VERİLMEYECEKTİR**. Yüklenicinin IT panolar konularında, bakım onarım hizmeti verebileceği yönünde imalatçı veya ilgili kurumlardan alacağı/almış olduğu yetki belgesini teklifle birlikte sunulacaktır.
- 3.3. Yedek parça hariç bakım ve onarım hizmetidir.
- 3.4. Bakımcı firmaya (firma) arızalar telefon, e-mail veya sms ile bildirilecektir.

Mengucek Gazi Egt. Arş. Hst.
Alper AKDOĞAN
Teknik Servis Sorumlusu

Reşat KOC
Tek.Hiz.Sor.

- 3.5. Firma güncel GSM telefonlarını ve e-mail adreslerini idarenize yazılı olarak verecektir.
- 3.6. Bir arıza durumunda firma aranacak, telefon desteği ile arızanın giderilmesi yolunda hareket edilecektir. Telefon ile arızanın giderilmesinin mümkün olamayacağı anlaşılınca veya idareniz teknik personellerinin arızaya firmanın müdahale etmesini istemesi durumunda en geç 6 (altı) saat içerisinde arızaya müdahale edilecektir.
- 3.7. Arızaya müdahale edilmesine müteakip eğer parça gerektirmeyen bir arıza ise en geç 4 saat içerisinde arıza giderilecektir.
- 3.8. Parça gerektiren arızalar en geç 5 takvim günü içerisinde giderilecektir. Malzeme temininde yaşanan gecikmeler kabul edilmeyecektir.
- 3.9. Arızanın giderilmesiyle ilgili bu sürelerle riayet edilmemesi durumunda, İdari sözleşmelerde geçerli olan idari cezalar uygulanacaktır.
- 3.10. Firmanın arızaya müdahale etmekte isteksiz davranması, savsaklaması, müdahale etmediği arıza sebebiyle idarenizin zararı uğraması durumunda, hazırlanacak tutanak ile bu durumun belgelenmesi halinde, sözleşme fesh edilebilecektir.
- 3.11. Yüklenici sistem arızasını istenilen sürede gideremezse, idareniz e-mail veya sms yoluyla bildirimde bulunarak firmaya makul bir süre verir. Bu süre sonunda idareniz, başkaca bildirimde bulunmaksızın arızayı başka bir firmaya yaptırma ve faturasını yüklenici alacaklarından tahsil etme hakkına sahiptir.
- 3.12. Yüklenici kusuru sebebiyle cihazlara verilen her türlü maddi zarar ve gideri karşılamakla yükümlüdür.
- 3.13. İdare tarafından gizlilik ve bilgi güvenliği nedeniyle alınacak önlemlere yüklenici mutlaka uyacak, gizli kalması gereken bilgi, belge, görüntü vs. hastane dışına sızdırılmayacaktır.

4. PERİYODİK BAKIM

4.1. Tıbbi İzole Güç Panelleri:

- 4.1.1. Cihazların tamamının çalışması kontrol edilecek, ayar gerektiren cihazlar/aletler ayarlanacak, temizlik gerektirenler temizlenecek, tozlu hiçbir elektrik-elektronik parça bırakılmayacaktır.
- 4.1.2. Bütün bağlantılar, elektronik kartlar, transfer switch işlemleri, gevşek bağlantı olup olmadığı, İzolasyon izleme ve hata tespit cihazları işlevleri kontrol edilecektir.
- 4.1.3. IT Pano üzerinde yer alan izolasyon izleme cihazı, transfer rölesi ve hata tespit rölelerinin içerisindeki yazılımların güncellenmesi gerekmektedir. Bu nedenle teklif veren firmanın sözleşme öncesinde bu yazılımlara sahip olduğunu ve cihazların güncel yazılımlarını cihazlara yükleyebileceği konusunda üretici firmanın yetki belgesini idareye sunmalıdır. Aksi takdirde sözleşme imzalanmayacaktır.
- 4.1.4. Lokal alarm gösterge panelleri kontrol edilecektir. Panellerin yazılımları güncellenerek, IP adresleri Hastane bilgi işlemi ile beraber yeniden verilecektir. Böylelikle lokal alarm paneli tarafından izlenen IT Pano bilgilerinin lokal alarm paneli üzerinden gösterimi sağlanacaktır.
- 4.1.5. Merkezi alarm panelinin yazılımının güncellenerek, IP adresleri Hastane bilgi işlemi ile beraber yeniden verilecektir. Böylelikle tüm local alarm panelleri entegrasyonu yapılarak bilgilerin merkezi alarm paneli üzerinden gösterimi sağlanacaktır.
- 4.1.6. Cihazların kalibrasyon ayarları imalatçı direktifleri doğrultusunda yapılacaktır.
- 4.1.7. IT pano uzak alarm üniteleri bakım ve arıza işleri IT pano yüklenicisine ait olup tıpkı IT pano işleri gibi yapılacaktır.

Mengücek Gazi Eğt. Arş. Hst.
Alper AKDOĞAN
Teknik Servis Sorumlusu

Bezan KOC
Tek.Hiz.Sor.

5. BAKIM ÇALIŞMALARINDA İSTENİLEN HİZMETLER

- 5.1. Bakım çalışmaları idareniz personeli nezaretinde yapılacaktır.
- 5.2. Yüklenici personelleri, IT pano , Lokal Alarm Panelleri ve Merkezi Alarm panelleri konusunda üretici firma tarafından verilen eğitim sertifikalarına sahip olacaktır. Bu belgeler teklif ile birlikte idarenize sunulacaktır.
- 5.3. YÜKLENİCİ, işbu Sözleşme altında hizmetleri yerine getirecek olan personele uygun güvenlik şartlarını sağlayacaktır. Hizmetlere konu Ekipmanlar'ın elektrik, manyetik, biyolojik ve radyasyon riskleri de dâhil olmak fakat bunlarla sınırlı olmamak şartıyla sağlık ve güvenlik risklerinden arı olmasını sağlayacaktır.
- 5.4. YÜKLENİCİ, çalışmaları sırasında kazalara karşı gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Meydana gelebilecek olan iş kazaları sonucunda oluşabilecek can ve mal kayıpları ile bunlardan doğabilecek maddi ve manevi tazminatlardan, YÜKLENİCİ sorumlu olacaktır.
- 5.5. Ekipman'ların bakım ve onarımlarının teknik esaslarına ve standartlara (üretici firmanın belirlediği şartlara, kanun ve ilgili mevzuatın belirlediği esaslara göre) uygun olarak yapılmamasından kaynaklanan Ekipmanlar üzerindeki her türlü maddi zarardan YÜKLENİCİ münhasıran sorumlu olacaktır.
- 5.6. Enerji kesintisi olmaması için gereken her türlü tedbir alınacak, (yatak başı prizlerin şebeke kaynağından beslemenin devam ettirilmesi imkanlarının zorlanması) buna rağmen enerji kesintisi yaşanacak ise, mutlaka idareniz onayın alınacaktır.
- 5.7. Yüklenici, sözleşme süresince fiyatları sabit kalacak şekilde, değişme ihtimali yüksek yedek parça fiyat listesini imzalı kaşeli beyan edecektir. Firmadan temin edilmesine karar verilen parçalar, firma tarafından kesinlikle temin edilecek ve parça alım fiyatları, bu fiyatlardan yüksek olamayacaktır.
- 5.8. Yüklenici, arıza halinde gerekli olabilecek her türlü yedek parçayı, ücreti mukabilinde temin edeceğini taahhüt etmelidir.
- 5.9. İdare, firmanın arızalı olduğunu tespit ettiği ve değişmesi gereken (yenisinin alınması gereken) yedek parça için piyasa araştırması yapma ve/veya başka yolla temin etme hakkına sahiptir. Hangi yolla temin edilmiş olursa olsun bu parçalar, cihazlar vb. ücretsiz olarak yerine takılacak, çalışır durumda teslim edilecektir.
- 5.10. İdare sözleşme konusu hizmetlerin eksik yapılması sebebiyle, cihazdan beklenen verimin alınamaması halinde ortaya çıkan zararı, bilirkişi incelemesi neticesinde tazmin hakkına sahiptir.
- 5.11. Periyodik bakım onarım sonrası fatura kesilecektir.

BAKIM PERİYOTLARI

Toplamda 19 aylık bakım sözleşmesi olup açılıştan sonra başlayarak 6 ayda 1 bakım yapılacaktır ve sözleşme sonunda toplamda 3 bakım yapılmış olacaktır. Bakım sözleşmesi 01.06.2025 tarihinde başlayıp 31.12.2026 tarihinde bitecektir.

1 BAKIM : EKİM 2025

2 BAKIM : NİSAN 2026

3 BAKIM : EKİM 2026

Mengücek Gazi Egt. Arş. Hst.
Alper ARDOĞAN
Teknik Servis Sorumlusu

Betül KOC
Tek.Hiz.Sor.