

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
ERZİNCAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ MENGÜCEK GAZİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

06.05.2025

Başbağlar Mahallesi 1430 Sk.Erzincan

TLF:0446 212 22 22

FAX:0446 212 22 00

Email: menguceksm.satinalma@saglik.gov.tr

Sayı : 62639109

Konu: Piyasa Araştırma ve Teklif Mektubu

Hastanemiz HASTA A.EKİNCİ; kullanılmak üzere: aşağıda cinsi miktarı ve özellikleri belirtilen malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22.madde (f) bendi göre satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise KDV Hariç Götürü Bedel/Birim fiyatının 07.05.2025Tarih ve Gün saat 08:00a kadar piyasa araştırması ve teklife esas olmak üzere, Hastanemize teklif verilmesini rica ederim.

S.NO	SATIN ALINACAK MALIN CİNSİ	MİKTARI		ÜRÜN UBB KODU	SUT KODU	SUT FİYATI	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTAR
1	ARTRODEZ PLAK BÜYÜK EKLEM FÜZYON TİTANYUM/COCR KİLİTLİ/KİLİTSİZ KOMPRESYON DELİKLİ/DELİKSİZ SABİT/DEĞİŞKEN AÇILI/KOMBİNE 4.6 MM VE ÜZERİ KİLİTLİ VİDA İÇİN TÜM BOYLAR(TV2510)	2	Adet		TV2510			
2	-KİLİTLİ KORTİKAL VİDA 1.0-3.0 MM (TV1150)	10	Adet		TV1150			
3	-KİLİTLİ KORTİKAL VİDA 3.1 - 3.9 MM (TV1170)	10	Adet		TV1170			
4	KİLİTLİ KANÜLLÜ VİDA 2.0-4.9MM (TV2990)	10	Adet		TV2990			
5	-KİLİTSİZ KORTİKAL VİDA 3.1 - 3.9 MM (TV1030)	10	Adet		TV1030			
6	-KİLİTSİZ SPONGİÖZ VİDA 4.0 MM VE ÜZERİ (TV1130)	10	Adet		TV1130			
7	-KİLİTLİ SPONGİÖZ VİDALAR 4.0 mm VE ÜZERİ VİDALAR (TV1210)	10	Adet		TV1210			
8	-KİLİT/BLOK VİDASI (TV1230)	10	Adet		TV1230			
9	-KİLİTSİZ KANÜLLÜ VİDA 2.0 - 4,9 MM -(TV2930)	4	Adet		TV2930			
10	-VİDA PULU (TV5740)	4	Adet		TV5740			
11	-KİLİTSİZ KANÜLLÜ VİDA 5.0-8.0MM (TV2950)	4	Adet		TV2950			
12	-SUTURE ANCHOR 3.5 MM VE ALTI (AE1250)	5	Adet		AE1250			
13	-SUTURE ANCHOR 3.6MM VE ÜZERİ (AE1260)	5	Adet		AE1260			
14	-ANKOR SÜTÜR KNOT (AE1270)	5	Adet		AE1270			

MAL/HİZMETE AİT TEKNİK VE İDARİ ŞARTLAR

- 1-)Teklif mektubunu ve Şartnameyi tamamen okudum ve teklif mektubuna ve şartnameye uygun hizmet/ürün vereceğimi taahhüt ediyorum
- 2-)İdare ürün/hizmeti alıp almamakta veya bir kısmını almakta serbesttir.
- 3-)Eki : 3 Adet teknik şartname
- 4-)Malzeme Teslim Süresi : 3 iş günü
- 5-)İsteklilerin Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamındaki tüm malzemelerin TİTUBB/ÜTS'de Sağlık Bakanlığı Tarafından kayıt işleminin tamamlanmış olmalı ve bu durumu gösterir belgeler teklif ile birlikte sunulmalıdır.
- 6-)İsteklilerin (tedarikçi ya da bayi) TİTUBB/ÜTS sisteminde kayıtlı olması zorunludur.
- 7-)Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamı dışında ki ürünler teklif edilecekse, bu ürünlerin söz konusu yönetmeliklerin kapsamı dışında olduğuna dair üreticinin/ithalatçının yazılı beyanı yeterli olacaktır.
- 8-) Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamında ürün teklif eden istekliler Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği kapsamında "Satış Merkezi Yetki Belgesi" teklif dosyası ile birlikte sunulacaktır.
- 9-) Ürün (Barkod) numarası, SUT kodları, etiket ve marka adı teklif mektuplarında yazılı olacaktır.
- 10-)Teknik Şartnameye uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 11-)Vermiş olduğunuz fiyatlar teklif için geçerlidir.
- 12-)Teklif verilmiş olması şartların tamamı kabul edilmiş ve taahhüt altına girilmiş sayılır. Teklifler hiç bir suretle iade edilmez, geri çekilemez.
- 13-)Bu tedarikten doğacak alacaklar üçüncü kişilere İdarenin onayı olmadan Temlik edilemez. Ayrıca 01.05.2007 tarih ve 26509 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 22. maddesinin (c) bendine istinaden belirlenen limitin üzerindeki miktarlar için 180 gün içinde ödeme yapılacaktır.

Murat AYDIN

ELBİLEK ARTRODEZ PLAK VE VİDA TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Plaklar ISO 5832-3 standartlarına uygun titanyum alaşımlı malzemeden imal edilmiş, üzeri vücut içerisinde uzun süre dayanması amacıyla kalın elektroliz tabakayla kaplanmış olmalıdır.
2. Plak şaft vida delikleri 3,5mm çaplı kortikal ve 3,5mm çaplı kilitli vidalarla kullanıma uygun yapıda olmalıdır.
3. Kilitlenebilir vida delikleri 20 derece kafa çaplı vidaların tamamen gömülmesini sağlayabilecek şekilde olmalı stabilizasyonu daha iyi sağlayabilmek için vida deliklerindeki yivlerin dış aralığı ince olmalıdır.
4. Plaklar Elbilek antomisine uygun eğimde tasarlanmış olmalıdır.
5. Plakların her iki ucu kullanım kolaylığı açısından kama formunda olmalıdır.
6. Plak ın vida delikleri kombihol delikli olmalıdır.
7. Plak kombihol vida delik sayısı 8 olmalıdır.
8. Plakların her iki ucunda kullanım kolaylığı açısından kişner delikleri mevcut olmalıdır.
9. Kilitli ve Kilitli Vidalar ISO 5832-3 standartlarına uygun titanyum malzemeden imal edilmiş, üzeri vücut içerisinde uzun süre dayanması amacıyla kalın elektroliz tabakayla kaplanmış olmalıdır.
10. Vidaların tamamı yivli self taping özelliğine sahip ve ince dişli olmalıdır.
11. Kilitli Vidalar 12 mm den başlayıp 50 mm e kadar ikişer mm artarak boyda olmalıdır.
12. Kilitli 3,5 mm vidalar 12 mm den başlayıp 50 mm e kadar ikişer mm artarak 50 mm den 60 mm e kadar beşer mm artarak giden değişik boylarda olmalıdır.
13. Plakların ve vidaların üzerinde takibe yardımcı olması açısından lot numarası ve CE işareti lazerle markalanmış olmalıdır.
14. Üretici firma ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 ve CE belgelerine sahip olmalıdır.
15. Çakma setinde Plak ve vidaların takılabilmesini kolaylaştıracı uygun klavuzlar, drilller, torklu tornavidalar, tapler, plak bükücüler ve diğer gerekli aletler bulunmalıdır.

SUT KODLARI

PLAK:TV2510
2,7 KİLİTLİ VİDA:TV1150
3,5 KİLİTLİ VİDA:TV1170
3,5 KİLİTLİ KANÜLLÜ VİDA:TV2990
3,5 KORTİKAL VİDA:TV1030
4,0 SPONGİOZ VİDA:TV1130
4,0 KİLİTLİ SPONGİOZ VİDA:TV1210
VİDA TİKAÇ : TV1230

Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Dr. Öğr. Üyesi Dr. Ali KAYAĞÜR
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Diyarbakır
T.C. Sağlık Bakanlığı
24672

Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Dr. Öğr. Üyesi Dr. Ali KAYAĞÜR
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Diyarbakır
T.C. Sağlık Bakanlığı
15153

Doç. Dr. FURKAN YAPICI
EBYU Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Diyarbakır
T.C. Sağlık Bakanlığı
15153

SUTURE ANCHOR

- Omuz rotator cuff Bankart tamirlerinde, slap lezyonlarında ve küçük eklem tendon tamirlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
- Self taping ve vidalı yapıda titanyumdan üretilmiş olmalıdır.
- Ankurun boyları 2.0mm - 2.5mm - 3.0mm - 3.5mm - 4.0mm - 4.5mm - 5.0mm - 5.5mm - 6.0mm olmalı.
- Anchor arkasında takılı ipler 2 numara uhmwpe sutur olmalı ve 2adet sutur 4 uç olmalıdır.
- İğneli suture ankor ip uzunluğu 75cm olmalıdır.
- İğnesiz suture ankor ip uzunluğu 90cm olmalıdır.
- Suturen çekme ve dayanıklılık testi olmalıdır.
- Steril paketlerde kullanıma hazır olmalıdır.

SUT KODLARI

SUTURE ANCHOR: AE1250 - AE1260

Mengücek Gazı Eği. ve Arş. Hst.
Dr. Öğr. Üyesi Ali Rıza ÖZTÜRK
Ortopedi ve Travmatoloji Uzm.
Dip. Teş. No: 124672

Mengücek Gazı Eği. ve Arş. Hst.
Dr. Öğr. Üyesi Ali Rıza ÖZTÜRK
Ortopedi ve Travmatoloji Uzm.
Dip. Teş. No: 124672

Doç. Dr. FURKAN YILMAZ
F.B.Y.Ü. Mengücek Gazı Eği. ve Arş. Hst.
Ortopedi ve Travmatoloji Uzm.
Dip. Teş. No: 124672

3.5 MM KİLİTLİ KANÜLLÜ VİDA ŞARTNAMESİ

1. Kilitli kanüllü vidalar ISO 5832-3 ve ASTM F 136 standartlarına uygun GRADE 5 ELI titanyum malzemeden imal edilmiş, üzeri vücut içerisinde uzun süre dayanması amacıyla kalın elektroliz tabakayla kaplanmış olmalıdır.
2. Kanüllü Vidalar 5 mm altıgen kafa çapında 3,50 mm dış üstünde olmalıdır.
3. Kanüllü Vidaların başı, plağa tam olarak gömülebilmesi için 20 derece açığa sahip ve yivli yapıda olmalıdır.
4. Kanüllü Vidaların tamamı yivli self taping özelliğinde ince dişli olmalı ve vida kafaları kablo konnektörü takılacak şekilde uyumlu olmalıdır.
5. Kanüllü Vidalar 12mm den başlayıp 50mm e kadar ikişer mm artarak 50mm den 75mm'e kadar beşer mm artarak giden değişik boylarda olmalıdır.
6. Kanüllü Vidaların üzerinde takibe yardımcı olması açısından lot numarası, marka ve boyu lazerle yazılmış olmalıdır.
7. Üretici firma ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 ve CE belgelerine sahip olmalıdır.
8. Kanüllü Vidaların tüm boylarının ubb leri titubb' a işlenmiş SGK ve Sağlık bakanlığı tarafından onaylanmış sut listesi ile eşleştirilmiş olmalıdır.

SUT KODLARI

3,5 MM KİLİTLİ KANÜLLÜ VİDA: TV2990

Mengücek Gazisi ve Ateş Hst.
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim GÜR
Ortopedi ve Travmatoloji Uzm.
Dip. Tıp No: 15672

Mengücek Gazisi ve Ateş Hst.
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim ÖZTÜRK
Ortopedi ve Travmatoloji Uzm.
Dip. Tıp No: 15654

Doç. Dr. FURKAN YAPICI
EBYL Mengücek Gazisi ve Ateş Hst.
Ortopedi Travmatoloji Uzm.
Dip. Tıp No: 15238