

**T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI**  
**ERZİNCAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ**  
**BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ MENGÜCEK GAZİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ**

02.05.2025

Başbağlar Mahallesi 1430 Sk.Erzincan

TLF:0446 212 22 22

FAX:0446 212 22 00

Email: menguceksm.satinalma@saglik.gov.tr

Sayı : 62639109

Konu: Piyasa Araştırma ve Teklif Mektubu

Hastanemiz **HASTA R.TELLİ** kullanılmak üzere; aşağıda cinsi miktarı ve özellikleri belirtilen malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22.madde (f) bendi göre satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise KDV Hariç Götürü Bedel/Birim fiyatının 05.05.2025Tarih ve Gün saat 09:00a kadar piyasa araştırması ve teklife esas olmak üzere, Hastanemize teklif verilmesini rica ederim.

| S.NO | SATIN ALINACAK MALIN CİNSİ             | MİKTARI | ÜRÜN UBB KODU | SUT KODU | SUT FİYATI | BİRİM FİYATI | TOPLAM TUTAR |
|------|----------------------------------------|---------|---------------|----------|------------|--------------|--------------|
| 1    | HERBERT VIDASI (TV2850)                | 5 Adet  |               | TV2850   |            |              |              |
| 2    | -SUTURE ANCHOR 3.5 MM VE ALTI (AE1250) | 5 Adet  |               | AE1250   |            |              |              |
| 3    | -SUTURE ANCHOR 3.6MM VE ÜZERİ (AE1260) | 5 Adet  |               | AE1260   |            |              |              |

**MAL/HİZMETE AİT TEKNİK VE İDARİ ŞARTLAR**

- 1-)Teklif mektubunu ve Şartnameyi tamamen okudum ve teklif mektubuna ve şartnameye uygun hizmet/ürün vereceğimi taahhüt ediyorum
- 2-)İdare ürün/hizmeti alıp almamakta veya bir kısmını almakta serbesttir.
- 3-)Eki : 2 Adet teknik şartname
- 4-)Malzeme Teslim Süresi : 3 iş günü
- 5-)İsteklilerin Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamındaki tüm malzemelerin TİTUBB/ÜTS'de Sağlık Bakanlığı Tarafından kayıt işleminin tamamlanmış olmalı ve bu durumu gösterir belgeler teklif ile birlikte sunulmalıdır.
- 6-)İsteklilerin (tedarikçi ya da bayi) TİTUBB/ÜTS sisteminde kayıtlı olması zorunludur.
- 7-)Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamı dışında ki ürünler teklif edilecekse, bu ürünlerin söz konusu yönetmeliklerin kapsamı dışında olduğuna dair üreticinin/ithalatçının yazılı beyanı yeterli olacaktır.
- 8-) Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamında ürün teklif eden istekliler Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği kapsamında "Satış Merkezi Yetki Belgesi" teklif dosyası ile birlikte sunulacaktır.
- 9-) Ürün (Barkod) numarası, SUT kodları, etiket ve marka adı teklif mektuplarında yazılı olacaktır.
- 10-)Teknik Şartnameye uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 11-)Vermiş olduğunuz fiyatlar teklif için geçerlidir.
- 12-)Teklif verilmiş olması şartların tamamı kabul edilmiş ve taahhüt altına girilmiş sayılır. Teklifler hiç bir suretle iade edilmez, geri çekilemez.
- 13-)Bu tedarikten doğacak alacaklar üçüncü kişilere İdarenin onayı olmadan Temlik edilemez. Ayrıca 01.05.2007 tarih ve 26509 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 22. maddesinin (c) bendine istinaden belirlenen limitin üzerindeki miktarlar için 180 gün içinde ödeme yapılacaktır.

Abuzer KAYA

**Ø 3,0 mm CANNULATED HERBERT SCREW  
SET TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- Ürünler ISO 5832-3 ve ASTM F67 standartlarına uygun GRADE 5 sertifikalı Titanyum malzemeden imal edilmiş olmalıdır
- Yüzeyleri vücut içerisinde uzun süre dayanması amacıyla polisaj ve elektro polisaj işlemleri sonrası anodize yöntemi ile oksidasyona tabi tutularak renklendirilmiş ve kimyasal korozyona karşı pasif hale getirilmiş olmalıdır.
- 3,5x10mm Cannulated Cancellous Screw.
- 3,5x12mm Cannulated Cancellous Screw.
- 3,5x14mm Cannulated Cancellous Screw.
- 3,5x16mm Cannulated Cancellous Screw.
- 3,5x18mm Cannulated Cancellous Screw.
- 3,5x20mm Cannulated Cancellous Screw.
- 3,5x22mm Cannulated Cancellous Screw.
- 3,5x24mm Cannulated Cancellous Screw.
- 3,5x26mm Cannulated Cancellous Screw.
- 3,5x28mm Cannulated Cancellous Screw.
- 3,5x30mm Cannulated Cancellous Screw.
- olmak üzere en az 11 çeşit farklı boy vida olmalıdır.
- Ürünler ait üretici firmanın UBB kaydı ve ISO 9001:2000, ISO 13485:2003 ve CE belgelerine sahip olmalıdır.
- Set içerisinde
  - 1 adet 2,0mm cannulated screw driver with self holding.
  - 1 adet drill guide(inside the coffee pot).
  - 1 adet drill guide(outside the coffee pot).
  - 1 adet 2,0mm cannulated screw drill bit.
  - 1 adet 1x120mm threaded and unthreaded guide wire bulundurulacaktır.
- Ürünlerin üzerinde Firma logosu, lot no, ürün referans no su ve CE lazer markalama ile yazılmış olmalıdır.

VIDA SUT KODU : TV2850

Mengücek Gazi Eği ve Arş. Hst.  
Dr. Öğr. Üyesi Volkan GÜR  
Ortopedi ve Travmatoloji Uzm.  
Dip. Tes. No: 124672

Mengücek Gazi Eği ve Arş. Hst.  
Dr. Öğr. Üyesi Akın ÖZTÜRK  
ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİ  
Dip. Tes. No: 151534

Mengücek Gazi Eği ve Arş. Hst.  
Op. Dr. Muhammed KURU  
Ortopedi ve Travmatoloji  
Dip. Tes. No: 201050

## **SUTURE ANCHOR**

- Omuz rotator cuff Bankart tamirlerinde, slap lezyonlarında ve küçük eklemler tendon tamirlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
- Self taping ve vidalı yapıda titanyumdan üretilmiş olmalıdır.
- Ankorun boyları 2.0mm - 2.5mm - 3.0mm - 3.5mm - 4.0mm - 4.5mm - 5.0mm - 5.5mm - 6.0mm olmalı.
- Anchor arkasında takılı ipler 2 numara uhmwpe sutur olmalı ve 2adet sutur 4 uç olmalıdır.
- İğneli suture ankor ip uzunluğu 75cm olmalıdır.
- İğnesiz suture ankor ip uzunluğu 90cm olmalıdır.
- Suturen çekme ve dayanıklılık testi olmalıdır.
- Steril paketlerde kullanıma hazır olmalıdır.

## **SUT KODLARI**

**SUTURE ANCHOR:** AE1250 - AE1260

Mengücek Gazi Eğt. ve Arş. Hst.  
Dr. Öğr. Üyesi Volkan GÜR  
Ortopedi ve Travmatoloji Uzm.  
Dip. Tes. No: 124872

Mengücek Gazi Eğt. ve Arş. Hst.  
Dr. Öğr. Üyesi Ali R. ÖZTÜRK  
ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİ  
Dip. Tes. No: 181554

Mengücek Gazi Eğt. ve Arş. Hst.  
Op. Dr. Muhammed KURU  
Ortopedi ve Travmatoloji  
Dip. Tes. No: 201050