

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
ERZİNCAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ MENGÜCEK GAZİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

06.05.2025

Başbağlar Mahallesi 1430 Sk.Erzincan

TLF:0446 212 22 22

FAX:0446 212 22 00

Email: menguceksm.satinalma@saglik.gov.tr

Sayı : 62639109

Konu: Piyasa Araştırma ve Teklif Mektubu

Hastanemiz **ANJİO BİRİMİ GUIDING KATATER TALEBİ** kullanılmak üzere: aşağıda cinsi miktarı ve özellikleri belirtilen malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22.madde (d) bendi göre satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise **KDV Hariç Götürü Bedel/Birim fiyatının 08.05.2025Tarih ve Gün saat 10:00a kadar piyasa araştırması ve teklife esas olmak üzere, Hastanemize teklif verilmesini rica ederim.**

NO	SATIN ALINACAK MALIN CİNSİ	MIKTARI	ÜRÜN UBB KODU	SUT KODU	SUT FİYATI	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTAR
1	GUIDING KATETERLER	210 Adet		KR1142			

MAL/HİZMETE AİT TEKNİK VE İDARİ ŞARTLAR

- 1-)Teklif mektubunu ve Şartnameyi tamamen okudum ve teklif mektubuna ve şartnameye uygun hizmet/ürün vereceğimi taahhüt ediyorum
- 2-)İdare ürün/hizmeti alıp almamakta veya bir kısmını almakta serbesttir.
- 3-)Eki : 1 Adet teknik şartname
- 4-)Malzeme Teslim Süresi : 10 iş günü
- 5-)İsteklilerin Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamındaki tüm malzemelerin TITUBB/ÜTS'de Sağlık Bakanlığı Tarafından kayıt işleminin tamamlanmış olması ve bu durumu gösterir belgeler teklif ile birlikte sunulmalıdır.
- 6-)İsteklilerin (tedarikçi ya da bayii) TITUBB/ÜTS sisteminde kayıtlı olması zorunludur.
- 7-)Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamı dışında ki ürünler teklif edilecekse, bu ürünlerin söz konusu yönetmeliklerin kapsamı dışında olduğuna dair üreticinin/ithalatçının yazılı beyanı yeterli olacaktır.
- 8-) Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamında ürün teklif eden istekliler Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği kapsamında "Satış Merkezi Yetki Belgesi" teklif dosyası ile birlikte sunulacaktır.
- 9-) Ürün (Barkod) numarası, SUT kodları, etiket ve marka adı teklif mektuplarında yazılı olacaktır.
- 10-)Teknik Şartnameye uygun olmayan teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 11-)Vermiş olduğunuz fiyatlar teklif için geçerlidir.
- 12-)Teklif verilmiş olması şartların tamamı kabul edilmiş ve taahhüt altına girilmiş sayılır. Teklifler hiç bir suretle iade edilmez, geri çekilemez.
- 13-)Bu tedarikten doğacak alacaklar üçüncü kişilere İdarenin onayı olmadan Temlik edilemez. Ayrıca 01.05.2007 tarih ve 26509 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 22. maddesinin (c) bendine istinaden belirlenen limitin üzerindeki miktarlar için 180 gün içinde ödeme yapılacaktır.

Abuzer KAYA

KR1142 GUIDING KATETERLER

1. Kateter 6f, 7f, 8f çaplarında istenilen uç şekillerinde olmalıdır.
2. 8f,lik çap için en az 0.090 inch, 7f,lik çap için en az 0.081 inch, 6f,lik çap için en az 0.070 inch iç çapa sahip olmalıdır.
3. Değişik uç şekillerine sahip olmalıdır.
4. Yan delikli (side holde) ve yan deliksiz seçenekleri olmalıdır.
5. Çelik örgü ile desteklenme olmalı, böylelikle kırılma resistansı yükseltilmiş, itilebilirliği artırılmış olmalıdır.
6. Kateterin torku 1/1 olmalıdır.
7. Ucu koroner damarlara zarar vermeyecek şekilde soft tipi (yumuşak) ve atravmatik yapıda olmalıdır.
8. Kıvrımlı damarlarda kolay itilebilir özellikte olmalı kink haline gelmemelidir.
9. Kateterin hafıza özelliği (memory) olmalı guide vire ile düzeltildikten sonra eski haline dönmelidir.
10. Kateter her çapı bir boyu en az 100 cm olmalıdır.
11. Kateter radyo opak olmalıdır.
12. Kateterin iç yüzeyi sürtünmeyi azaltıcı madde ile kaplı olmalıdır ve bu madde belirtilmelidir.
13. Fiyat veren firmalar iki adet numune teslim edecektir. Numune değerlendirmesine göre karar verilecektir.

Malzemeler steril orjinal ambalajında olmalıdır.

Mengücek Gazi Eğt. Arş. Hast.
Prof. Dr. Hüsnü MAZAR
Kardiyoji Uzmanı
Dip. Tes. No. 128248

Mengücek Gazi Eğt. Arş. Hast.
Op. Dr. Muharrem Said COŞGUN
Kardiyoji Uzmanı
Dip. Tes. No. 148687