

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
ERZİNCAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ MENGÜCEK GAZİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

02.05.2025

Başbağlar Mahallesi 1430 Sk.Erzincan**TLF:0446 212 22 22****FAX:0446 212 22 00****Email: menguceksm.satinalma@saglik.gov.tr**

Sayı : 62639109

Konu: Piyasa Araştırma ve Teklif Mektubu

Hastanemiz **ECZANE 5 KISIM TIBBİ SARF MALZEME TALEBİ** kullanılmak üzere; aşağıda cinsi miktarı ve özellikleri belirtilen malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22.madde (d) bendi göre satın alınacaktır. **Firmanız tarafından temini mümkün ise KDV Hariç Götürü Bedel/Birim fiyatının 05.05.2025Tarih ve Gün saat 10:00a kadar piyasa araştırması ve teklife esas olmak üzere, Hastanemize teklif verilmesini rica ederim.**

S.NO	SATIN ALINACAK MALIN CİNSİ	MİKTARI	ÜRÜN UBB KODU	SUT KODU	SUT FİYATI	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTAR
1	ALKOL (ETİL ALKOL) % 70 LİK (LİTRE)	250	Litre				
2	KARMEN KANUL NO:6	150	Adet				
3	SPO2 PROBU YETİŞKİN (ANESTEZİ CİHAZLARINA UYGUN)	500	Adet				
4	STERİL CERRAHİ ÖNLÜK(TAKVİYELİ)XL	2.500	Adet				
5	EL FIRÇASI(IYOTLU).	750	Adet				

MAL/HİZMETE AİT TEKNİK VE İDARİ ŞARTLAR

- 1-)Teklif mektubunu ve Şartnameyi tamamen okudum ve teklif mektubuna ve şartnameye uygun hizmet/ürün vereceğimi taahhüt ediyorum
- 2-)İdare ürün/hizmeti alıp almamakta veya bir kısmını almakta serbesttir.
- 3-)Eki : 2 Adet teknik şartname
- 4-)Malzeme Teslim Süresi : 10 iş günü
- 5-)İsteklilerin Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamındaki tüm malzemelerin TITUBB/ÜTS'de Sağlık Bakanlığı Tarafından kayıt işleminin tamamlanmış olması ve bu durumu gösterir belgeler teklif ile birlikte sunulmalıdır.
- 6-)İsteklilerin (tedarikçi ya da bayi) TITUBB/ÜTS sisteminde kayıtlı olması zorunludur.
- 7-)Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamı dışında ki ürünler teklif edilecekse, bu ürünlerin söz konusu yönetmeliklerin kapsamı dışında olduğuna dair üreticinin/ithalatçının yazılı beyanı yeterli olacaktır.
- 8-) Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamında ürün teklif eden istekliler Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği kapsamında "Satış Merkezi Yetki Belgesi" teklif dosyası ile birlikte sunulacaktır.
- 9-) Ürün (Barkod) numarası, SUT kodları, etiket ve marka adı teklif mektuplarında yazılı olacaktır.
- 10-)Teknik Şartnameye uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 11-)Vermiş olduğunuz fiyatlar teklif için geçerlidir.
- 12-)Teklif verilmiş olması şartların tamamı kabul edilmiş ve taahhüt altına girilmiş sayılır. Teklifler hiç bir suretle iade edilmez, geri çekilemez.
- 13-)Bu tedarikten doğacak alacaklar üçüncü kişilere İdarenin onayı olmadan Temlik edilemez. Ayrıca 01.05.2007 tarih ve 26509 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 22. maddesinin (c) bendine istinaden belirlenen limitin üzerindeki miktarlar için 180 gün içinde ödeme yapılacaktır.

Abuzer KAYA

STERİL CERRAHİ ÖNLÜK(TAKVİYELİ)XL

1. Hastaya uygulanacak girişimsel işlemlerde, (ameliyat) cerrahi alan ve oluşabilecek bakteri kaynakları arasında engel oluşturmak amacı ile kullanılmak için üretilmiş steril kıyafet olmalı, Yapısı sayesinde virüs, bakteri ve sıvılara karşı geçirgen olmayacak şekilde imal edilmiş olmalıdır.
2. Ürünün takviyeli boks gömleği şeklinde olmalıdır.
3. Önlüklerde kullanılan malzeme cerrahi operasyonlarda kullanılmak üzere boks takviyeli gömlekte 65 gr/m2 (+/-5) ağırlığında medikal sms non- wovenden imal edilmiş olmalıdır.
4. Önlükler sterilizasyonu bozmadan giyilebilecek şekilde olmalıdır.
5. Önlüklerde non steril kişinin bağlamasını sağlayan ve tutma yerini gösteren kart sistemi olmalıdır.
6. Önlükler giyenin arkası steril kapanacak şekilde iki iç ve iki dış kuşağa sahip olmalıdır
7. Önlüklerin kol manşetleri 8-10 cm boyutlarında olmalıdır.
8. Önlüklerin kol manşetleri giyenin bileğini rahatsız etmeyecek şekilde dikişsiz olmalı ve boyun kısmı sürtünme ile cildi tahriş etmeyen yumuşak kuşak biye ile çevrelenmiş olmalıdır.
9. Takviyeli önlük tiplerinde; operasyon alanı ile yoğun temas halinde bulunan kol ve gövde (batın bölgesi ve göğüs) kısımlarında kesin sıvı geçirimsizlik sağlayacak şekilde bir takviye ile üretilmiş olmalıdır.
10. Paketler de steril olarak 1 adet gömlek ve 1 adet kurulama havlusu (40*40cm) olmalıdır.
11. Ürünün EN-13795 şartlarında üretildiği belgelenmelidir.
12. Steril açılmaya uygun wrap veya sms kumaşla kaplı ikinci bir paket içerisinde olmalıdır
13. Teslimat sırasında ne zaman ve nasıl steril edildiğine dair sterilizasyon ve validasyon raporlarını imzalı olarak teslim edilmelidir.
14. Paketlerin üzerinde ne ile steril edildiği ve son kullanma tarihi açık şekilde belirtilmelidir.

EL FIRÇASI (DISPOSABLE İYOTLU)

1. Orijinal ambalajında, iyotlu, sağlam steril ve tekli paketlerde olmalı.
2. Paketler üzerinde açma çentiği bulunmalıdır.

Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Mehmet KÜÇÜK
Sağlık Tek.

Mengücek Gazi Eğitim ve
Araştırma Hastanesi
Ecz. Rukiye BOĞA
Diploma Tescil No:60049

ETİL ALKOL %70'LİK

1. %70 derece saflıkta Etil Alkol olmalıdır.
2. Kesinlikle Methanol olmamalıdır.
3. İsteklinin TAPDK Etil Alkol Dağıtım Yetki Belgesi veya Etil Alkol Toptan Satış Belgesi muayene kabul komisyonuna sunulacaktır.
4. Renksiz, berrak, kokusu karakteristik, tamamen karışabilir nitelikte olmalıdır.
5. Etil Alkol'de ambalajdan veya başka bir nedenden dolayı kirlilik ve bulanıklık görülmeyecektir.
6. 5 litrelik kilitli kapaklı ambalajlarda olacaktır.
7. Ambalajlarında ürün bilgileri tam ve doğru anlaşılır ifade edilmeli, etiketleme dili Türkçe olmalıdır. Tüm yazılar alkol ve sudan etkilenmeyecek şekilde kalıcı ve okunabilir olmalı, etiket ambalaja sağlam olarak yerleştirilmiş olmalıdır. Ürün etiketinde ürünün adı, hacmen %alkol miktarı, net ambalaj hacmi, muhafazasına yönelik bilgi, üreten ve ambalajlayan firmanın ticari ünvanı ve adresi bulunmalıdır.
8. Ürünün raf ömrü en az 24 ay olmalı, kurumumuza teslim edildiği anda ürünlerin miadı en az 22 ay olmalıdır.
9. Ürünün raf ömrünün bitmesine üç ay kala istekli firma ürünleri daha uzun miadlı ürünlerle değiştirecektir.
10. Ürünün etiketinde 13 haneden oluşan uluslararası barkodu bulunmalıdır.
11. Üreticinin EN ISO 9001 belgesi bulunmalı ve muayene kabul komisyonuna sunulacaktır.
12. Etil Alkolün Güvenlik Bilgi Formu muayene kabul komisyonuna sunulacaktır.
13. Ürünler litre fiyatı üzerinden değerlendirilecektir.

KARMEN KANÜL NO: 6

1. Kanüller silikon, steril ve tek kullanımlık orijinal ambalajında olmalıdır.
2. Kanül ambalajı üzerinde üretici firma adı ve adresi, steril olduğunu belirten Türkçe ve İngilizce yazı, yazılı olacaktır.
3. Uygun ambalajlarda, üzerinde üretim ve son kullanma tarihleri belirtilmeli
4. Her Kanülde maksimum aspirasyon etkinliğini sağlamak için karşılıklı iki açıklık olacak
5. Kanül ambalajlarının arkasında üretim tarihi ve kanül numaraları renk kodu ile yazılı olacak
6. Carmen enjektörle uyumlu olmalıdır.
Ucunda adaptörü olmalı.

SPO2 PROBU YETİŞKİN

1. Tek kullanımlık olmalıdır.
2. Yetişkin hastalarda kullanıma uygun olmalıdır.
3. Prob yapışkanlı olmalıdır.
4. Probun yapışkan kısmı cilde zarar vermemelidir.
Prob Oximax özellikte olup Hastanemiz ameliyathanesinde ve yoğun bakımlarında bulunan Mindray, Philips, Drager marka hastabaşı monitör cihazlarında kullanıma uygun olmalıdır

Mengücek Gazli Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Mehmet KÜÇÜK
Sağlık Tek.

Mengücek Gazli Eğitim ve
Araştırma Hastanesi
Ecz. Fakültesi BOĞA
Diploma/Tescil No:60549

T.C.
ERZİNCAN VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Sağlık Bakanlığı Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

SARF STOK TAKİP, İHTİYAÇ TESPİT KOMİSYONU KARARI VE ONAY FORMU

DEPO : MEDİKAL TIBBİ SARF DEPOSU

TARİH : 28/04/2025

İstek No : 1025

Talep E. Birim : ECZANE

Sıra No	SUT Kodu	MKYS Malzeme Kodu	Malzeme / Hizmet Adı	Geçen Yıl Giriş	Geçen Yıl Çıkış	Geçen Yıl Stok	Bu Yıl Giriş	Bu Yıl Çıkış	Stok Miktar	Birim Fiyat	SUT Fiyatı	İstek Miktarı	Birim	Ubb Kodu
1		150-03-03-210006452	ALKOL (ETİL ALKOL) % 70 LİK (LİTRE)	1200	831	389	389	326	43	110,40000	0,00000	250	Litre	
2		150-03-03-210011401	KARMEN KANÜL NO:6	750	678	72	272	219	53	13,20000	0,00000	150	Adet	
3		150-03-03-210114395	SPO2 PROBU YETİŞKİN (ANESTEZİ CİHAZLARINA	3175	2875	500	1100	864	236	189,98100	0,00000	500	Adet	
4		150-03-03-210114684	STERİL CERRAHİ ÖNLÜK(TAKVİYELİ)X L	27099	19869	7230	7230	5846	1384	33,31889	0,00000	2500	Adet	
5		150-03-03-210000203	EL	2980	2726	254	754	754	0	13,08000	0,00000	750	Adet	

1. İstenilen malzemeye alternatif olarak kullanılabilecek ürün stoklarımızda mevcut değildir	T.K.K.Y.	RUKİYE BOĞA
2. İstenilen malzemeye yönelik alternatif temin yöntemlerinden (Bağış, Devir, Kiralama ..vs.) sonuç	T.K.K.Y.	RUKİYE BOĞA
3. İl stok koordinasyon ekibinden gerekli bilgiler sorgulanmıştır	T.K.K.Y.	RUKİYE BOĞA
4. MKYS sorgulanmasında bu malzeme yoktur	T.K.K.Y.	RUKİYE BOĞA
5. HBYS Sorgulamasında bu malzemeye farklı kod ve isimde giriş ve stok sorgu ve gözlemi yapılmıştır	T.K.K.Y.	RUKİYE BOĞA

Hastanemiz birimince talep edilen (4) kalem malzemenin

ALINMASI UYGUNDUR / UYGUN DEĞİLDİR

Tarih :/...../201..

İhtiyaç Tespit Komisyonu tarafından görülen talebin satın alınması hususunu onaylarınıza arz ederim.

UYGUNDUR
Komisyon Başkanı

Istek No : 1025

Istek Tarihi : 28/04/2025

Talep Eden : ECZANE

Gerekçesi : HASTANEMİZ MUHTELİF BİRİMLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE (1. VE 5 KALEMLER DMO LİSTESİNDE OLMAYIP, 1. KALEM İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNÜN 1147474 NOLU İHALESİNDEN DE TEKLİF GELMEDİĞİ İÇİN ALIMA DÖNÜŞMEMİŞTİR. YAPILACAK OLAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İHALESİNE 1. ve 5. KALEMLER TEKRAR YAZILMIŞ OLUP İHALE SÜRECİ DEVAM ETMEKTEDİR. 2. VE 3 KALEMLER ARALIK 2024 DMO İHALESİNE YAZILMIŞ OLUP ALINAMAMIŞTIR. 4. KALEM İSE OCAK 2025 DMO İHALESİNDEN ALINAMAMIŞ OLUP, MART 2025 DMO İHALESİNE YAZILMIŞ, HENÜZ SONUÇLANMAMIŞTIR. STOK KOPMAMASI VE HASTA MAĞDURİYETİ YAŞANMAMASI ADINA TALEP EDİLMİŞTİR.)

Baştabiplik Makamına;

Bölümünün ihtiyacı olan yukarıda cinsi ve miktarı yazılı malzeme/matzemelerin alınmasını emir ve müsadelerinize arz ederim.

	Depo Sorumlusu Kaşe İmza
	RUKİYE BOĞA Eczacı
	MEDİKAL TIBBİ SARF DEPOSU

İhtiyaç Tespit Komisyonu				
BAŞKAN İmza	ÜYE SİNAN AKTAR Sarıyer Birim Sorumlusu Sağlık Memuru	ÜYE MENGÜCEK GAZİ EĞİT. ARŞ. HST. ÖNERİ FİRAT Lab. Teknikeri KY.	ÜYE SEMİH AKBAŞ Biyomedikal Tüketim Depo Sorumlusu	ÜYE MENGÜCEK GAZİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ECZ. RUKİYE BOĞA Diploma Teskil No: 60049
ÜYE İmza	ÜYE İmza	ÜYE MENGÜCEK GAZİ EĞİT. ARŞ. HST. AH TUZUR Ayniyat Tük. Depo Sorumlusu	ÜYE İmza	ÜYE BASTAN BİLAL UĞURLU Dip. Tes. No: 43118
ÜYE İmza	ÜYE İmza	ÜYE İmza	ÜYE İmza	ÜYE İmza
Alım Şekli	DOĞRUDAN TEMİN	İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ T.C. Sağlık Bakanlığı Erzincan Dönali Yıldırım Ün. İht. İht. İht. Mengücek Gazi Egit. ve Arş. Hst. Zaferan ÇAYA İdari ve Mali İşler Müdürü	Uygun ... Uygun Değildir Mengücek Gazi Egit. ve Arş. Hst. Prof. Dr. Ufuk KUYRUKLUYILDIZ Başhekim Dip. Tes. No: 106980	
Demirbaş Malzeme				
Sarf Malzeme				
Eczane				
Laboratuvar				

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Erzincan Binali Yıldırım Üniv. Mengücek Gazi Eğt. ve Araşt. Hastanesi

LÖZÜM MÜZEKKERESİ

Istek No : 1025

Istek Tarihi : 28/04/2025

Talep Eden : ECZANE

Gerekçesi : HASTANEMİZ MUHTELİF BİRİMLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE (1. VE 5 KALEMLER DMO LİSTESİNDE OLMAYIP, 1. KALEM İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNÜN 1147474 NOLU İHALESİNDEN DE TEKLİF GELMEDİĞİ İÇİN ALIMA DÖNÜŞMEMİŞTİR. YAPILACAK OLAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İHALESİNE 1. ve 5. KALEMLER TEKRAR YAZILMIŞ OLUP İHALE SÜRECİ DEVAM ETMEKTEDİR. 2. VE 3 KALEMLER ARALIK 2024 DMO İHALESİNE YAZILMIŞ OLUP ALINAMAMIŞTIR. 4. KALEM İSE OCAK 2025 DMO İHALESİNDEN ALINAMAMIŞ OLUP, MART 2025 DMO İHALESİNE YAZILMIŞ, HENÜZ SONUÇLANMAMIŞTIR. STOK KOPMAMASI VE HASTA MAĞDURİYETİ YAŞANMAMASI ADINA TALEP EDİLMİŞTİR.)

1	410029		ALKOL (ETİL ALKOL) % 70 LİK (LİTRE)	250	Litre	150-03-03-210008452
2	160706		KARMEN KANÜL NO:6	150	Adet	150-03-03-210011401
3	171284		SPO2 PROBU YETİŞKİN (ANESTEZİ CİHAZLARINA UYGUN)	500	Adet	150-03-03-210114395
4	165767		STERİL CERRAHI ÖNLÜK(TAKVİYELİ)XL	2500	Adet	150-03-03-210114684
5	160859		EL FIRÇASI(İYOTLU).	750	Adet	150-03-03-210000203

Mengücek Gazi Eğt. Ars. Hst.
Başecz. Büşra DÖĞÜRLÜ
Dip/İsa No: 43178

Mengücek Gazi Eğt. Ars. Hst.
Ayniyat Tük. Depo Sorumlusu
ALTINÖZÜN

Samir AKBAS

Pengiz MISIRLI
Satınalma Birim Sorumlusu

Mengücek Gazi Eğt. Ars. Hst.
İsa ATEŞ
Bastek ve Kalite Hiz. Mdr. Yrd.

Mengücek Gazi Eğitim ve
Araştırma Hastanesi
Eziz Rükiye BOĞA
Diploma Tescil No:69049

AB