

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
ERZİNCAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ MENGÜCEK GAZİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

29.04.2025

Başbağlar Mahallesi 1430 Sk.Erzincan

TLF:0446 212 22 22

FAX:0446 212 22 00

Email: menguceksm.satinalma@saglik.gov.tr

Sayı : 62639109

Konu: Piyasa Araştırma ve Teklif Mektubu

Hastanemiz HASTA A.N.ONUR; kullanılmak üzere: aşağıda cinsi miktarı ve özellikleri belirtilen malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22.madde (f) bendi göre satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise KDV Hariç Götürü Bedel/Birim fiyatının 30.04.2025Tarih ve Gün saat 08:00a kadar piyasa araştırması ve teklife esas olmak üzere, Hastanemize teklif verilmesini rica ederim.

S.NO	SATIN ALINACAK MALIN CİNSİ	MİKTARI	ÜRÜN UBB KODU	SUT KODU	SUT FİYATI	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTAR
1	KİLİTLİ METATARS PLAĞI (TV1330)	3 Adet		TV1330			
2	-KİLİTLİ KORTİKAL VİDA 1.0-3.0 MM (TV1150)	8 Adet		TV1150			
3	-KİLİTSİZ KORTİKAL VİDA 1.0-3.0 MM (TV1010)	8 Adet		TV1010			
4	-BAŞSIZ KOMPRESYON VİDASI - (TV2890)	3 Adet		TV2890			

MAL/HİZMETE AİT TEKNİK VE İDARİ ŞARTLAR

1-)Teklif mektubunu ve Şartnameyi tamamen okudum ve teklif mektubuna ve şartnameye uygun hizmet/ürün vereceğimi taahhüt ediyorum

2-)İdare ürün/hizmeti alıp almamakta veya bir kısmını almakta serbesttir.

3-)Eki : 2 Adet teknik şartname

4-)Malzeme Teslim Süresi 3 iş günü

5-)İsteklilerin Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamındaki tüm malzemelerin TITUBB/ÜTS'de Sağlık Bakanlığı Tarafından kayıt işleminin tamamlanmış olmalı ve bu durumu gösterir belgeler teklif ile birlikte sunulmalıdır.

6-)İsteklilerin (tedarikçi ya da bayi) TITUBB/ÜTS sisteminde kayıtlı olması zorunludur.

7-)Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamı dışında ki ürünler teklif edilecekse, bu ürünlerin söz konusu yönetmeliklerin kapsamı dışında olduğuna dair üreticinin/ithalatçının yazılı beyanı yeterli olacaktır.

8-) Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamında ürün teklif eden istekliler Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği kapsamında "Satış Merkezi Yetki Belgesi" teklif dosyası ile birlikte sunulacaktır.

9-) Ürün (Barkod) numarası, SUT kodları, etiket ve marka adı teklif mektuplarında yazılı olacaktır.

10-)Teknik Şartnameye uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

11-)Verilmiş olduğunuz fiyatlar teklif için geçerlidir.

12-)Teklif verilmiş olması şartların tamamı kabul edilmiş ve taahhüt altına girilmiş sayılır. Teklifler hiç bir suretle iade edilmez, geri çekilemez.

13-)Bu tedarikten doğacak alacaklar üçüncü kişilere İdarenin onayı olmadan Temlik edilemez. Ayrıca 01.05.2007 tarih ve 26509 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 22. maddesinin (c) bendine istinaden belirlenen limitin üzerindeki miktarlar için 180 gün içinde ödeme yapılacaktır.

Murat AYDIN

BAŞSIZ KANÜLLÜ KONİK KOMPRESYON VİDALARININ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Spongios uygulamalarda stabilizasyon sağlamaya uygun dizayn edilmiş olmalıdır. Akut ve kaynamayan Skafoide kırıklarında, PIP-DIP füzyonlarında, Karpal-Metakarpal füzyonlarda, Radial-Ulnar baş kırıklarında, Distal Radius kırıklarında, Patella kırıklarında, Osteokondritdissekans, kondiler-intrakondiler kırıklar, naviküler kırıklar, metatars kırıkları, Jones (5. Metatars) kırıkları, malleolar kırıklar, kalkaneus kırıkları gibi endikasyonlara uygun olmalıdır.
2. Vidalar kanüllü, tam yivli başsız ve dışa sıyrılmaya karşı maksimum direnç sağlamak için uca doğru daralan konik yapıda olmalıdır.
3. Yüksek kompresyon yapabilmesi için, vidaların dış boyları vida tepesine doğru azalan bir yapıda olmalıdır.
4. Bütün vidalar self-drilling ve self-tapping uç özelliğinde olmalıdır.
5. Ameliyat sırasında çapa göre vida seçiminde kolaylık sağlaması ve hata yapmayı önlemesi için vidaların renk kodu ile ayrılmış olması sağlanmalıdır.
6. ASTM F-136/ISO 5832-3 standardına uygun Titanyum Gr 5(Ti6Al4V) materyalinden üretilmiş olmalıdır.
7. Vidaların tabloda yazan boyları aynı set içinde olmalıdır.
8. Üretici firma ISO 9001/9002, ISO 13485 ve CE sertifikalarına sahip olmalı ve ihalede bu standart belgelerinin ibraz edilmelidir. Belgeleri ibraz edilmeyen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır. Tüm ürünler TITUBB kayıtlı ve hem Sağlık Bakanlığı hem de SGK onaylı olmalıdır

SIRA NO	MALZEME ADI	SUT KODU	ADET
1	Distal ucu 2.2mm çaplı, spongios yivli- proksimal ucu 2.8mm çaplı kortikal yivli kanüle vida	TV2890	
2	Distal ucu 2.8mm çaplı, spongios yivli- proksimal ucu 3.2mm çaplı kortikal yivli kanüle vida	TV2890	
3	Distal ucu 3.2mm çaplı, spongios yivli- proksimal ucu 3.6mm çaplı kortikal yivli kanüle vida	TV2890	
4	Distal ucu 3,8mm çaplı, spongios yivli- proksimal ucu 4.3mm çaplı kortikal yivli kanüle vida	TV2890	
5	Distal ucu 5.0mm çaplı, spongios yivli- proksimal ucu 5.5mm çaplı kortikal yivli kanüle vida	TV2910	

Mengücek Gazi Eğt. ve Arş. Hst.
Dr. Öğr. Üyesi Akın ÖZTÜRK
ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİ
Dip.Tes.No: 151564

Mengücek Gazi Eğt. ve Arş. Hast.
Op.Dr. İpek ALI
Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
Dip.Tes.No: 188092

Mengücek Gazi Eğt. ve Arş. Hst.
Op.Dr. Muhammed KURU
Ortopedi ve Travmatoloji
Dip.Tes.No: 201050

METACARPAL VE PHALANGE MİNİ PLAK SETİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürünler, Titanyumdan imal edilmiş olmalıdır.
2. Sette Phalanges ve Metacarpal Düz plaklar, Düz Recon plaklar mevcut olmalıdır.
3. Plaklar 2.0 mm-2.4 mm ve 2.7 mm vida ile uygulanabilmelidir.
4. 2.0 mm vidalar 6 mm ile 20 mm arasında 1 mm ve 20 mm ile 30 mm arasında 2 mm artan boylarda kilitli ve kilitsiz olarak olmalıdır.
5. 2.4 mm vidalar 6 mm ile 20 mm arasında 1 mm ve 20 mm ile 30 mm arasında 2 mm artan boylarda kilitli ve kilitsiz olarak olmalıdır.
6. 2.7 mm vidalar 6 mm ile 20 mm arasında 1 mm ve 20 mm ile 30 mm arasında 2 mm artan boylarda kilitli ve kilitsiz olarak olmalıdır.
7. Ürünün çakma seti taşıma konteyner'ı ile eksiksiz teslim edilmelidir.
8. Torna vida vidayı hiçbir aparat yardımı olmadan setten düşmeden alabilecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
9. Çakma çıkarma setleri içerisinde ameliyata yardımcı olacak ekartörler ve pensler bulunmalıdır.
10. Tüm ölçülerdeki vida ve plaklar tek konteynır içerisinde full set olarak ameliyata gelmelidir.
11. Ürün S.B. TİTUBB kaydı ve SGK onaylı konumda olmalıdır.

SUT KODLARI

KİLİTLİ MİNİ PLAKLAR 2.0MM+2.4MM+2.7MM: TV1330

CORTEX VİDALAR 2.0MM+2.4MM+2.7MM: TV1010

LOCKING(KİLİTLİ) VİDALAR 2.0MM+2.4MM+2.7MM: TV 1150

Mengücek Gazi Eđt. ve Arş. Hst.
Dr. Öğr. Üyesi Akın ÖZTÜRK
ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİ
Dip.Tes.No: 151554

Mengücek Gazi Eđt. ve Arş. Hst.
Op.Dr. İpek ALLI
Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
Dip.Tes.No: 155002

Mengücek Gazi Eđt. ve Arş. Hst.
Op.Dr. Muhammed KURU
Ortopedi ve Travmatoloji
Dip.Tes.No: 201050