

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
ERZİNCAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
BİNALI YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ MENGÜCEK GAZİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

05.05.2025

Başbağlar Mahallesi 1430 Sk.Erzincan**TLF:0446 212 22 22****FAX:0446 212 22 00****Email: menguceksm.satinalma@saglik.gov.tr**

Sayı : 62639109

Konu: Piyasa Araştırma ve Teklif Mektubu

Hastanemiz HASTANEMİZ BAŞBAĞLAR YERLEŞKESİNDE STERİLİZASYON BİRİMİNDE KULLANILAN 2 ADET OTOKLAV CİHAZLARININ YILLIK PERİYODİK BAKIM İŞİ; kullanılmak üzere: aşağıda cinsi miktarı ve özellikleri belirtilen malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22.madde (d) bendi göre satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise KDV Hariç Götürü Bedel/Birim fiyatının 07.05.2025Tarih ve Gün saat 10:00a kadar piyasa araştırması ve teklife esas olmak üzere, Hastanemize teklif verilmesini rica ederim.

S.NO	SATIN ALINACAK MALIN CİNSİ	MİKTAR	BİRİM	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTAR
1	TRANS MARKA OTOKLAV PERİYODİK BAKIM VE ONARIM HİZMETLERİ (YEDEK PARÇA/MAL ALIMI HARİÇ)	2	adet		
2	STELCO VE GETİNGE MARKA YIKAMA CİHAZI BAKIM VE ONARIM (YEDEK PARÇA/MAL ALIMI HARİÇ) HİZMETİ	2	adet		

MAL/HİZMETE AİT TEKNİK VE İDARİ ŞARTLAR

- 1-)Teklif mektubunu ve Şartnameyi tamamen okudum ve teklif mektubuna ve şartnameye uygun hizmet/ürün vereceğimi taahhüt ediyorum
- 2-)İdare ürün/hizmeti alıp almamakta veya bir kısmını almakta serbesttir.
- 3-)Eki : 1... Adet teknik şartname
- 4-)Malzeme Teslim Süresi : periyodik bakım
- 5-)İsteklilerin Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamındaki tüm malzemelerin TİTUBB/ÜTS'de Sağlık Bakanlığı Tarafından kayıt işleminin tamamlanmış olması ve bu durumu gösterir belgeler teklif ile birlikte sunulmalıdır.
- 6-)İsteklilerin (tedarikçi ya da bayii) TİTUBB/ÜTS sisteminde kayıtlı olması zorunludur.
- 7-)Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamı dışında ki ürünler teklif edilecekse, bu ürünlerin söz konusu yönetmeliklerin kapsamı dışında olduğuna dair üreticinin/ithalatçının yazılı beyanı yeterli olacaktır.
- 8-) Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamında ürün teklif eden istekliler Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği kapsamında "Satış Merkezi Yetki Belgesi" teklif dosyası ile birlikte sunulacaktır.
- 9-) Ürün (Barkod) numarası, SUT kodları, etiket ve marka adı teklif mektuplarında yazılı olacaktır.
- 10-)Teknik Şartnameye uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 11-)Vermiş olduğunuz fiyatlar teklif için geçerlidir.
- 12-)Teklif verilmiş olması şartların tamamı kabul edilmiş ve taahhüt altına girilmiş sayılır. Teklifler hiç bir suretle iade edilmez, geri çekilemez.
- 13-)Bu tedarikten doğacak alacaklar üçüncü kişilere İdarenin onayı olmadan Temlik edilemez. Ayrıca 01.05.2007 tarih ve 26509 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 22. maddesinin (c) bendine istinaden belirlenen limitin üzerindeki miktarlar için 180... gün içinde ödeme yapılacaktır.

Sinan AKTAR

T.C.
ERZİNCAN VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞLIK BAKANLIĞI ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ
MENGÜCEK GAZİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
OTOKLAV CİHAZLARI BAKIM-ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ
(YEDEK PARÇA HARİÇ)

1.KONU VE KAPSAM

1.1.Hastanemiz Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde kullanılan2(iki) adet Trans marka Otoklav ve 2 adet yıkama cihazı (stelco ve gettinge)Cihazları için 1(bir) yıllık yedek parça hariç bakım onarım sözleşmesi olup, ayarlarının ve periyodik bakımlarının yapılması, arızaların giderilmesi, cihazlarda herhangi bir hatanın ortaya çıkma ihtimalinin azaltılması, cihazların ve sistemin ömrünün uzatılması ve daha verimli çalışmasını sağlamak amacıyla sistemin yapısına uygun olarak, üretici Kılavuzu ve ilgili cihaz mevzuatına uygun olarak bakım onarım ve kalibrasyonlarının yerine getirilmesi ile ilgili hizmetlerinin sağlanması işidir.

2.İSTENECEK BELGELER

2.1. Firma, ilgili cihazların TS 13703 Özel Servisler – Tıbbi Cihazlar Kurallar Hizmet Yeterlilik Belgelerine standartları kapsamında belgelere sahip olmalıdır.

2.2. Bakım onarımı yapacak yetkili firma personelinin SGK iş giriş belgesi,diploma ve eğitim sertifikaları asıl veya noter tasdikli suretini teklifleri ile birlikte sunmalıdır.

2.3. Yüklenici, teklifleri ile birlikte dosyasında yıl boyu kullanılacak olan tebligat adresi,telefonu, Faks, mail adreslerini sunmalıdır.Adreslerin değişmesi durumunda güncelleme 3 (üç)gün içinde Klinik Mühendislik birim sorumlusuna bildirilecektir. Herhangi bir sebeple personelin işten ayrılması halinde yüklenici firma en geç 5 gün içinde geçerli şartları sağlayan (mezuniyet, hizmet dökümü vb) personel istihdam etmek zorundadır.Gerekli belgeleri Kuruma ibraz etmelidir.

3.GENEL ŞARTLAR

3.1. Yüklenici taahhütleri, bakım onarım ve arızaya müdahale hizmetlerini hiçbir şekilde başka bir firmaya veya kişiye devredemez.

3.2.Yüklenici firma Otoklav Cihazlarının tamirinde ve periyodik bakımında yeterli dikkati itinaı göstermemesi, kasti hatalı müdahalesi, yanlış müdahalesinden kaynaklanan teknik şartname ve sözleşmede belirtilen süreler içerisinde arıza giderememesi gibi nedenlerden kaynaklanan zarar.ziyan.kaza,yaralanmalar için sözleşmede ve idari şartnamede belirtilen tüm cezai yaptırımları kabul edecektir.

3.3Yüklenici sözleşme süresince periyodik koruyucu bakım ziyaretlerinde bulunacaktır. Söz konusu ziyaretler çalışma saatleri esnasında Klinik Mühendislik Birimi ve Yüklenici arasında anlaşmaya varılacak olan bir zaman tarifesine uygun olarak yapılacaktır. Klinik Mühendislik Birim Sorumlusuna cihaza ait bir yıllık bakım planı verilecektir. Firma periyodik bakım öncesi hastane Klinik Mühendislik Biriminden randevu almalı ve buna göre uygun program dahilinde hizmet vermelidir.

3.4.Otoklavcihazları için 2(iki)adet yerinde bakım yapılacaktır.Yıl içinde 6(altı)ayda bir yapılacak bakımlara mütakip eşit miktarda 2 (iki) adet bakım onarım faturası kesilecektir.

Mengücek Gazi Egt. Arş. Hst.
Doç. Dr. Yücel KARAKURT
Göz Hastalıkları Uzmanı
Diploma Tes. No: 113227

Mengücek Gazi Egt. Arş. Hst.
Doç. Dr. Adem UĞURLU
Göz Hastalıkları Uzmanı
Dip. Tes. No: 169321

Süneyye Sönayyer
POLAT
OK

3.5.Sözleşmesi yapılan cihaz için idare sözleşme döneminin herhangi bir tarihinde cihazlardan biri/birilerinin hizmet dışı kalmasına karar vermesi ve bu kararını firmaya yazılı olarak bildirmesi durumunda söz konusu cihazın hizmet dışı kaldığı tarihten sonraki aylar için ayrıca bakım yapılmaz ve bakım ücreti ödenmez.

3.6.Periyodik bakım onarımı ve arızaya müdahale edilecek cihaz için Yüklenici Firma cihazın periyodik bakım onarım ve arızaya müdahale işlerini hafta içi mesai saatleri (8.00-16.30) içinde yapacaktır.Yüklenici kendi isteği ile mesai saatleri dışında çalışmak zorunda kalırsa, çalışma uzar ve mesai saatleri dışına taşarsa, bu mesai saatleri dışındaki çalışmalar için, hiçbir şekilde ek ücret ödenmez. Mesai saatleri dışında ve resmi tatil günlerinde çağrı bazlı (on-call) eleman hizmeti ile sunulacak ve gerektiği/acil durumlarda yerinde müdahale edecektir. Yüklenici Firma resmi tatil ve mesai saatleri dışında çalışmak zorunda kalırsa ilgili kurumun Klinik Mühendislik Sorumlusunun görevlendirdiği personeli eşlik edecektir.

3.7. Yüklenici firma periyodik bakım ve arıza giderilmesi hizmetini cihazın bulunduğu sağlık tesisinde hastane işleyişini etkilemeden gerçekleştirecek ve ilgili sağlık tesisi Biyomedikal Birimi Personeli gözetiminde yapılacaktır.

3.8. Yüklenici firma bakım onarım ve arıza durumlarında yol, yemek, barınma, ulaşım ve işi gerçekleştirirken oluşabilecek tüm giderler yükleniciye aittir.

3.9. Yüklenici, bakım-onarım ve arızaya müdahale esnasında yüklenici personelinin iş güvenliğini sağlamak zorundadır. Bakım onarım esnasında olabilecek her türlü iş kazalarında tüm kanuni sorumluluk ve doğabilecek tazminatlar yükleniciye ait olacaktır.

3.10.Yüklenici,Sözleşme süresince üretici tarafından çıkarılan yazılım ve/veya donanım içeren zorunlu modifikasyonlarını ve update cihazlara ücretsiz uygulayacaktır. Yüklenici, Hizmetin sunumu amacıyla kullandığı veya hizmet verilen cihazlara kurduğu, taktığı, yüklediği veya kullandığı yazılım, lisans ya da donanımların fikri, sınai ve mülkiyet haklarıyla ilgili her türlü hukuki sorumluluğu alacaktır. Yazılım bileşenleri ve kaynak kodlarına müdahale etmeyecek, kopyalayacak ya da üçüncü kişilerle paylaşmayacaktır.

3.11.Cihazın periyodik bakım onarımı ve arızaları hastane içerisinde (yerinde) yapılacaktır.Hastane içerisinde bakım onarımı yapılamayacak ve arızasının giderilemeyeceği durumlarda yetkili firma teknik servisinde yapılacaksa ilgili sağlık tesisi idaresi veya Klinik Mühendislik Sorumlusu onayı alındıktan sonra gönderilecektir. Bu esnada cihaz teslim tutanağı düzenlenecek bu işlemten sonra cihazda meydana gelebilecek her türlü tahribat, taşıma, sigorta, kaza durumlarından yüklenici sorumludur.

3.12. Yüklenici, kuruma sunduğu tebligat adresi,telefonu,mail ve Faks'ına yapmış olduğu bildirim takiben en geç 2 iş günü içerisinde müdahale edecek, müdahale ve arıza tespit süresi dahil parça değişiminin gerekmediği durumlarda 3 iş günü içerisinde arızayı giderecektir. Parça hariç bakım onarım sözleşmelerinde arıza tespiti bakım onarımı yapacak yüklenici firma tarafından yapılır.Yüklenici firmanın tutacağı Teknik Servis raporuna istinaden Kurum tarafından parça temini yapılır.Parça temini Kamu yararına diğer firmalardan yapılabilir. Kurum tarafından temin edilen parçanın yüklenici firmaya tesliminin ardından 24 saat içinde montajı yapıp çalışır durumda cihaz Kuruma teslim edilir.

Mengücek Gazi Eđt.Arş.Hst.
Doç.Dr. Yücel KARAVİRT
Göz Hastalıkları Uzmanı
Diploma Tes. No: 113227

Mengücek Gazi Eđt.Arş.Hst.
Doç. Dr. Adem UĞURLU
Göz Hastalıkları Uzmanı
Dip.Tes.No: 169321

Süneyyl Süreyya
POLAT
2

3.13.Sözleşme envanterinde bulunan cihazların sözleşme kapsamındayken aktif çalışma süreleri hesaplanacaktır. Aktif çalışma süresi sağlık tesisi Klinik Mühendislik Sorumlusu tarafından müdahale ve çözüm sürelerine istinaden veya otomasyon üzerinden hesaplanacaktır. Cihazlara yıllık %95 uptime garantisi verilecektir. Cihazın arıza durumunda cihaz down sayılacaktır. %5'lik downtime (yedek parça gereken durumlarda parça temin süresi down sayılmayacak) sınırı aşılması durumunda arızalı geçen süre bakım onarım süresine eklenecektir. Uzatılan bu süre 60 (altmış) gün ile sınırlıdır.

3.14.Periyodik bakım hizmetine başlamadan önce cihaz Biyomedikal Birimi personeli eşliğinde çalıştırılıp kontrolü yapılacaktır. Akabinde işleme başlanacaktır

3.15. Bakım-onarım ve arızanın giderilmesi sonucunda cihazda fonksiyon kaybı olmayacak veya onarım öncesinde var olan işlevler iptal edilmemiş olacaktır. Cihazın servis işlemi sonucunda ortaya çıkan fonksiyon kaybı, onarım öncesinde var olan işlevlerin iptali veya oluşan yeni bir arızadan yüklenici sorumlu tutulur. Bu durumda her türlü gider yüklenici firma tarafından karşılanır.

3.16.İhale süresince oluşabilecek arızalara sınırsız sayıda ve ücretsiz müdahale edilecektir.

3.17. Yüklenici her servis ziyaretinde ve periyodik bakım onarımlar sonrasında yapılan işleri ve tedarik edilmiş olan herhangi bir yedek parçayı belirten bir servis raporu ibraz edecektir. Her bakım sonrası bakımı yapan firma tarafından 3 (üç) nüsha halinde teknik rapor düzenlenecektir. Bu teknik rapor, ilgili sağlık tesisi bir nüshasıKlinik Mühendislik, bir nüshası ilgili birim sorumlusuna ve bir nüshası da yükleniciye bakımı yapan personel tarafından teslim edilecektir. İlgili sağlık tesisi Klinik Mühendilik Sorumlusu onayı olmayan raporlar geçersiz sayılacaktır.

3.18.Bakım raporlarında cihazın adı, marka, model, seri no, künye no, ilgili birim sorumlusu, bakımı yapan personel ve ilgili sağlık tesisinde refakat eden personel isim ve imzaları, işe başlama bitirme tarih ve saatleri kesinlikle bulunacaktır.

3.19.Kurum tarafından temin edilen yedek parçalar, cihazın orijinal şekil ve görüntüsünü bozmayacak ya da yapısını değiştirmeyecektir. Değiştirilen parçalar, hasta ve kullanıcı emniyetini tehlikeye sokmayacaktır. Bu değişimlerde cihazın, hastanın, kullanıcının ve çevre emniyetini tehlikeye düşürecek teknikler ve yedek parçalar kullanılmayacaktır.

3.20.Yüklenici firma tarafından tutulan bakım formlarında cihaza bakım sırasında yapılan işlemler, değişmesi gereken parçalar, bakılan parametreler, yapılan testler vb. yazacak ve cihazın bunlardan hangilerinden kaldığı belirtilecektir. Bakım formlarında sadece "bakım yapıldı, cihaz faal halde teslim edildi" gibi genel tanımlar varsa kabul edilmeyecektir. Bu şekilde raporu tutulmuş cihazların bakımları yapılmamış sayılacak ve tekrarı istenecektir.

3.21.Herhangi bir zamanda cihazın teşhis ve tedavi amaçlı fonksiyonlarının nitelik ve nicelik olarak, Üreticinin belirlediği normların altına düşmesi durumları "arıza" olarak kabul edilecektir. Yüklenici bu arızalara müdahale etmekle yükümlüdür.

3.22. Yüklenici bakım-onarım faaliyetlerinde cihazın elektriksel güvenlik testlerini yapmalıdır.

3.23.Bakım Onarım ve arızanın giderilmesi esnasında değiştirilmesi gereken her türlü parçanın montaj, takma ve sökme işleri için ayrıca işçilik ücreti ödenmeyecektir

3.24.Cihazların her bakım-onarım ve yedek parça değişimi sonrasında genel testleri yapılacaktır.

Mengücek Gazi Egt.Arş.Hst.
Doç.Dr. Yücel KANAKURT
Göz Hastalıkları Uzmanı
Medima Tes.No: 113227

Mengücek Gazi Egt.Arş.Hst.
Doç. Dr. Adem UĞURLU
Göz Hastalıkları Uzmanı
Dip.Tes.No: 169321

Sümeyye Sümeyye
POL A³
AB

3.25. Doğal felaketler, yangın, sel vesaire mücbir sebepler, elektrik ve su kesintileri gibi Yüklenicinin kontrolü dışında meydana gelebilecek maddi ve manevi hasarlardan Yüklenici sorumlu değildir. Böyle bir hasar durumunda, hasar tespiti Yüklenici yetkilisi tarafından yapılacaktır. Bu süre içerisinde, Cihaz'ın çalışır halde bulundurulamamasından Yüklenici sorumlu tutulmayacaktır. Yüklenici afet durumunda hizmetin aksamaması amacıyla Kurum talebi üzerine muadil cihaz temin edecektir.

3.26. Periyodik bakım sırasında oluşabilecek tüm arızalardan yüklenici firma sorumlu tutulacaktır. Bu durumda her türlü gider (parça, işçilik, montaj, demontaj) yüklenici tarafından karşılanacaktır.

3.27. Yüklenici firma idareye aşınmış ve eskimiş parçalar hakkında detaylı bilgiyi ön rapor halinde sunacaktır.

3.28. Yüklenici cihazın yazılımsal tüm problemlerini de (yazılım çökmesi, yazılım hatası) bedelsiz yapacaktır.

3.29. Cihaz için gerekli bozuk veya işlevini yerine getiremeyen parçaların, teknik servis raporuna istinaden değişimine gidilecektir.

3.30. Cihazların periyodik bakımı sırasında gerekli olan bütün araç gereçlerle ve ölçüm cihazları bakımı yapacak yüklenici firma tarafından temin edilecektir.

3.31. Yüklenici mevcut sistemlerdeki bakım hizmetlerine yönelik veya sistemin çalışma ömrünün uzatılması amacı ile elinden gelen çabayı gösterecek, bu çalışmalarda en gelişmiş teknoloji ile en kaliteli materyal ve en yüksek kalite kontrol parametreleri kullanarak gerçekleştirmek için çaba sarf edecektir.

3.32. Bakım onarım esnasında yüklenici tarafından oluşabilecek herhangi bir sebepten dolayı sistemin arşivinde bulunan datalarda meydana gelebilecek herhangi bir data kaybının kurtarılması yükümlülüğü yüklenici firmaya aittir. Yüklenici data kaybını telafi edemediği durumlarda yazılı olarak bildirmeli ve ayrıntılı olarak açıklama yapmalıdır.

3.33. Teknik servis hizmeti esnasında yüklenici tarafından cihazda bulunan hasta, sistem ve kullanıcı güvenliği ile ilgili koruma ve uyarı amaçlı etiket, ışık, ses ve benzeri görsel ve/veya işitsel uyarıcıların hiçbirisi devre dışı bırakılmayacaktır. Bu kuralın göz önünde bulundurulmaması sonucu ortaya çıkabilecek zarar, kaza ve hasarlardan yüklenici sorumlu olacaktır.

3.34. Sözleşme kapsamındaki cihazın bakım ve onarım hizmetleri için servis şifresi gerekmesi durumunda; Yüklenici servis şifresini Kuruma ibraz etmekle yükümlüdür.

3.35. Bakım onarım sözleşmesi yapılan cihaz için ilk müdahale Yüklenici firma ile iletişim halinde ilgili sağlık tesisinde varsa biyomedikal mühendisi/teknikeri/teknisyeni tarafından yapılır. Cihazlara müdahalede kurumun biyomedikal mühendisleri veya kurum idaresi inisiyatif sahibidir.

3.36. Cihazların hastane sistemlerine entegrasyonunda gerekli desteği ücretsiz olarak sağlayacaktır.

3.37. Kamu yararına sözleşme tek taraflı olarak fesh edilebilir.

Mengücek Gazi Egt. Arş. Hst.
Doç. Dr. Yücel KARAKURT
Göz Hastalıkları Uzmanı
Diploma Tes. No: 113227

Mengücek Gazi Egt. Arş. Hst.
Doç. Dr. Adem UĞURLU
Göz Hastalıkları Uzmanı
Dip. Tes. No: 169321

Sümeyye Sürayya
POL AT⁴